

24. Hepatitis A quantitativ Rundversuch vom 27.10.2018



Split: Methode

	Probe	Akzeptanzintervall		Gewicht	Anzahl	Innerhalb	Außerhalb
		Minimal	Maximal				
HAV-Ak quantitativ [mIE/ml]							
alle	A	42	166	1,00	14	14	0
alle	B	495	2800	1,00	14	12	2
alle	C	72	270	1,00	14	12	2
alle	D	0	20	1,00	14	14	0
alle	E	258	1032	1,00	14	12	2